

檢查前準備

患者及陪同人員均需佩戴口罩。
候診者間距離 > 1 m，保持通風

不宜霧化吸入麻
醉藥局部麻醉

一級防護

支氣管鏡檢查

普通患者
(無接觸史、無相關症狀)

獨立房間常規支
氣管鏡操作流程

二級防護

疑似病例排除COVID-2019感染者
感染者康復期(2次以上病毒檢測陰
性已解除隔離)
痊愈後患者

清醒鎮靜或
靜脈麻醉

二級防護

獨立房間

疑似COVID-2019感染者
確診COVID-2019感染者

靜脈麻醉、喉罩
或氣管插管建立
人工氣道

三級防護

負壓病房、通風
良好的單獨房間，
空氣隔離

檢查後防疫

洗手與手消毒
設備及內鏡消毒
房間消毒
感染性醫療廢物處理

支氣管鏡酵素前
處理，全自動再
處理機洗淨消毒

二級防護

支氣管鏡室紫外
線消毒 > 30分鐘

一級防護



二級防護



三級防護

